

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Барнаульского горонкодипансера  
Д. М. Н. профессор

А. Ф. Лаварев

С П Р А В К А

по результатам применения Б И О М - 01 М  
в Барнаульском городском онкодиспансере

В период с июля 1993 г. по январь 1994 г. в Барнаульском городском онкодиспансере на Биомедицинском акустическом анализаторе фирмы БИОМ обследовано 1260 работников предприятия Кристалл и 292 больных горонкодипансера.

В результате обследования среди работников предприятия Кристалл выявлено 3 больных злокачественными заболеваниями 1 и 2 стадии. Результаты обследования пациентов горонкодипансера в целом совпадают с результатами испытаний БИОМ-01М в Онкологическом научном центре РАМН и Нижегородском областном медицинском диагностическом центре.

Проведенное обследование свидетельствует о сравнительно высокой разрешающей способности метода и прибора БИОМ - 01М.

С учетом простоты методики и большой пропускной способности ( 60 пациентов за смену ), обосновано применение прибора БИОМ - 01М в поликлинической сети с целью скрининга и определения групп повышенного риска злокачественными заболеваниями.

